



OPWiK - TSO/1016/...../2012

Ostrołęka, dnia 01.03.2012r.

## Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Ponowna legalizacja wodomierzy SENSUS”

W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów „zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych typów wodomierzy, które posiadają liczydło hermetyczne: od pozycji 6 do 9” informujemy, iż są to wodomierze:

- pozycja 6 - typ WPD.
- pozycja 7-9 typ WSD.

W związku z powyższym, termin składania ofert ustala się na dzień 07.03.2012r na godzinę 11<sup>00</sup>.  
Otwarcie ofert nastąpi 07.03.2012r o godzinie 11<sup>30</sup>.

**Z poważaniem**

**PROKURENT**

*Halina Maria Broniek*